CZYSZCZENIE URZĄDZENIA **PARI** O-PEP

W przypadku korzystania z urządzenia w domu

Przygotowanie

- Rozłożyć urządzenie PARI O-PEP
- Odłożyć kulkę na bok tak, aby się nie potoczyła
- Zdjąć z dolnej części pasek do zawieszania

Czyszczenie

- Umyć urządzenie w ciepłej wodzie z kranu z dodatkiem płynu do mycia naczyń
- Dokładnie wypłukać poszczególne elementy składowe pod bieżącą wodą

Dezynfekcja

- Wygotować w dostatecznej ilości wrzącej wody przez co najmniej 5 minut
  lub
- Umieścić w dezynfektorze termicznym (np. do butelek dla niemowląt) na co najmniej 6 minut

Suszenie

- Rozłożyć wszystkie części urządzenia na czystej, suchej i chłonnej powierzchni i dokładnie wysuszyć

Przechowywanie

- Po wysuszeniu – części urządzenia zawsze przechowywać w załączonej torbie

W przypadku korzystania z urządzenia w warunkach klinicznych

Sterylizacja w autoklawie:
Maksymalna temperatura i minimalny czas sterylizacji:
121°C, min. 20 min lub
132°/134°C, min. 3 min

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Niemcy
E-Mail: export@pari.de
Tel. +49(0)8151 279 220
Fax +49(0)8151 279 6220

Strona internetowa firmy PARI: **www.pari.com**

Dystrybutor

018D0027-B-04-2017



PARI O-PEP

SKUTECZNIE UWALNIA WYDZIELINĘ Z OSKRZELI ORAZ WSPOMAGA OCZYSZCZANIE DRÓG ODDECHOWYCH

Wskazówki dotyczące higieny i korzystania z urządzenia

www.pari.com

Skutecznie uwalnia wydzielinę z oskrzeli oraz wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych

Do stosowania doraźnego w celu mobilizacji wydzieliny w przypadku poważnych lub przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych, takich jak mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma

- Wygoda podczas leczenia dzięki owalnemu ustnikowi
- Złagodzenie suchego kaszlu i duszności
- W zestawie mała torba umożliwiająca higieniczne przechowywanie i bezpieczny transport urządzenia
- Możliwość mycia w zmywarce do naczyń i sterylizacji w autoklawie

Refundacja
Dla pacjentów chorych na mukowiscydozę i pierwotną diskinezę rzęsek urządzenie jest refundowane raz na 2 lata.

Nr art. 018G5003

Składanie

- Umieścić lejek w dolnej części.
- Włożyć kulkę do lejka.
- Przykręcić górną część do dolnej części.

Sposób użycia

- Usiąść wygodnie i prosto.
- Umieścić ustnik między zębami i zacisnąć wokół niego wargi.
- Wykonać powolny, głęboki wdech przez nos. Wstrzymać oddech na około 1–2 sekundy.
- Wykonać powolny, pełny wydech przez usta do urządzenia PARI O-PEP. Podczas wydechu napiąć mięśnie policzków i dopilnować, aby pozostały napięte.
- Powtórzyć serię wdechów i wydechów około 10–15 razy.

Aby korzystanie z urządzenia PARI O-PEP dawało najlepszy efekt terapeutyczny, należy zawsze przeprowadzać leczenie zgodnie ze wskazaniami lekarza lub terapeuty.
Należy zawsze przestrzegać instrukcji obsługi. Jest ona dołączona do każdego urządzenia i zawiera szczegółowe informacje na jego temat. W przypadku zagubienia instrukcji obsługi prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem PARI:

- Horn Wellness Group, www.hwg.pl; tel. (+61) 867 67 31
- Secura Nova, www.securanova.com.pl; tel. (+22) 625 61 43