Wężyk łączący do połączenia sprężarki inhalatora z nebulizatorem

Przed użyciem urządzenia proszę przeczytać instrukcję

1/ Przeznaczenie
Wężyk może być używany wyłącznie do połączenia sprężarki inhalatora z nebulizatorem.

2/ Zawartość opakowania
Zawartość opakowania opisana jest na opakowaniu.

3/ Wymagania techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze 3 bar (300 kPa)

4/ Warunki pracy
Temperatura +10 ° C do +40 ° C
Względna wilgotność powietrza 30% do 95%
Ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa

5 - Warunki przechowywania
Temperatura -25 ° C do +50 ° C
Względna wilgotność powietrza 30% do 95%
Ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa

6 – Instrukcja użytkowania
Przed podłączeniem uważnie przeczytać instrukcję obsługi nebulizatora.
Podłączyć jeden koniec wężyka do sprężarki inhalatora, a drugi koniec do nebulizatora.

7- Czyszczenie
Wężyk można myć w ciepłej wodzie z użyciem delikatnego środka myjącego. Następnie dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą. Wężyk musi być dobrze wysuszone z zewnątrz i w środku. W środku wężyk można wysuszyć przedmuchując powietrzem ze sprężarki inhalatora. Nie wolno używać mokrego wężyka, gdyż krople wody mogą przedostać się do silnika sprężarki i uszkodzić go.

8- Dezynfekcja
Wężyk może być zanurzony w zimnym roztworze dezynfekującym, postępując zgodnie z instrukcją producenta środka dezynfekującego.
Należy wybrać środek dezynfekujący kompatybilny z materiałem, z którego wykonany jest wężyk.

9-Utylizacja
Wężyk należy wyrzucać do specjalnych pojemników na plastik.

Część	Materiał
Wężyk	Nietoksyczny polichlorek winylu (PVC)
Końcówka miękka	Nietoksyczny polichlorek winylu (PVC)
Końcówka twarda	Nylon

10-Ostrzeżenia
Ważne uwagi

1. Air Liquide Medical Systems nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia innych producentów, z którymi wężyk jest używany.
2. Używaj urządzeń skonstruowanych zgodnie z DL 46/97 (spełniających
3. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, z którym wężyk będzie używany w celu sprawdzenia jego kompatybilności.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, z którym wężyk jest używany.
5. Zabrania się wykorzystywać wężyk w innym celu niż jego przeznaczenie.
6. Dzieci i niepełnosprawni mogą używać inhalatora tylko pod nadzorem

osoby dorosłej, która przeczytała i zrozumiała jej instrukcję obsługi.

7. Nie należy używać wężyka do cieczy.
8. Nie używać wężyka do tlenu lub gazów innych, niż powietrze dostarczane ze sprężarki inhalatora.
9. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wężyk jest nienaruszony.
10. Ten produkt nie zawiera lateksu (bez zawartości lateksu).

11. Wężyk nie może być sterylizowany na gorąco.
12. **Niektóre elementy są tak małe, że mogą być połknięte przez dzieci. Nigdy nie zostawiaj tych elementów w zasięgu dzieci, bez nadzoru osoby dorosłej.**


11 - OPIS użytych symboli
Uwaga, patrz instrukcja użycia
Uwaga

12 – GWARANCJA
Wężyk połączeniowy jest objęty gwarancją przez dwa lata.
Producent jest z odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia, jeżeli jest stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Producent jest z odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia, jeżeli jest stosowany zgodnie instrukcji używania.
W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji, odpowiedzialność producenta i gwarancja zostanie uznane za nieważne.

13 – CE
Wężyk został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami DL 46/97 i spełnia wymagania dyrektywy 93/42 EWG w sprawie urządzeń medycznych oraz posiada znak CE.

COPYRIGHT
Wszelkie informacje zawarte w instrukcji obsługi nie mogą być wykorzystane w innych celach niż obsługa urządzenia.
Ta instrukcja jest własnością AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.. i nie można powielać jej ani jej fragmentów bez zezwolenia właściciela.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE UPDATE
Aby utrzymać i podnieść standard produkcji i niezawodność, urządzenia AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. są poddawane okresowym rewizjom. Z tego powodu treść publikacji może ulegać zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia. Możliwe jest otrzymanie nowszej wersji, jeżeli obecna jest już nieaktualna. W tym celu należy zgłosić się do dystrybutora lub sprzedawcy i określić swoją obecną wersją publikacji.



CE 0051

Producent:
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati, 62, 25073 Bovezzo (Bs) Italy
Tel.:+39 /030 20159 11, Fax: +39/030 2098329
www.airliquidemedicalsystems.it

Dystrybutor :
SECURA NOVA sp. z o.o.
Al. 3-go Maja 2/4 , 00-391 Warszawa
Tel./fax : /22/ 625 61 43, /22/622- 96 68
www.securanova.com.pl