

Maska mała/duża do nebulizatora MEFAR 2000

Instrukcja użytkowania
Nałóż maskę na górną część nebulizatora (rys.1)
Upewnij się, że nebulizator i maska były umyte
po ostatnim użyciu

Inhalacja
Maska musi być przyłożona dokładnie do twarzy.
Na obu bokach maski są umieszczone otwory, przez które
powietrze wydychane uwalnia się do otoczenia.

Mycie
W celu uniknięcia zakażenia należy maskę dokładnie myć po każdym użyciu:
- umyj maskę w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem,
- wypłucz w czystej wodzie i wysusz,
- wytrzyj do sucha czystą ściereczką.

Dezynfekcja
Maska powinna być używana przez jednego pacjenta. Nie nadaje się do sterylizacji na gorąco.
Maska może być dezynfekowana na zimno (np. przy użyciu środka o nazwie SECUSEPT)
Przed dezynfekcją umyj maskę zgodnie z instrukcją mycia. W czasie dezynfekcji postępuj zgodnie z instrukcją producenta podaną na opakowaniu środka dezynfekującego.
Po zakończeniu dezynfekcji wysusz maskę zgodnie z instrukcją mycia.

Uwagi
1/ Maska powinna być używana przez jednego pacjenta.
2/ Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi nebulizatora, do którego maska będzie dołączona.
3/ Maska może być używana tylko do aerozoloterapii.
4/ Zużyte maski umieszczać w koszu na odpady plastikowe
5/ Używanie maski przez dzieci musi być nadzorowane przez osobę dorosłą.
6/Używaj jedynie leki przepisane przez lekarza oraz przestrzegaj dawek zalecanych przez lekarza
7/ Producent jest odpowiedzialny za bezpieczną i niezawodną pracę maski pod warunkiem, że jest ona używana zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
8/Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji zwalnia producenta od odpowiedzialności i gwarancji za produkt.

Producent nie bierze odpowiedzialności na szkody mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub w czasie transportu.

Gwarancja
Każda maska jest szczegółowo sprawdzana i objęta roczną gwarancją

Air Liquide Medical System S.p.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje zawarte w instrukcji obsługi nie mogą być wykorzystane w innych celach niż obsługa urządzenia. Ta instrukcja jest własnością Air Liquide Medical Systems S.p.A. i nie można powielać jej ani jej fragmentów bez zezwolenia właściciela. Aby utrzymać i podnieść standard produkcji i niezawodność, urządzenia Air Liquide Medical Systems S.p.A są poddawane okresowym rewizjom. Z tego powodu treść publikacji może ulegać zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia. Możliwe jest otrzymanie nowszej wersji, jeżeli obecna jest już nieaktualna. W tym celu należy zgłosić się do dystrybutora lub sprzedawcy i określić swoją obecną wersją publikacji.

CE 0051

Producent :

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati, 62, 25073 Bovezzo (Bs) Italy
Tel.:+39 /030 2015911, Fax: +39/030 2000551
www.airliquidemedicalsystems.it

Dystrybutor :

SECURA NOVA sp. z o.o.
Al. 3 Maja 2/4 , 00-391 Warszawa
Tel./fax : /22/ 625 61 43, /22/622- 96 68
www.securanova.com.pl