Twój **PARI** SINUS

potrafi jeszcze więcej!

Poprzez podłączenie nebulizatora PARI LC SPRINT® do inhalatora PARI SINUS, urządzenie może być używane do inhalacji dolnych dróg oddechowych lub do kompleksowego nawilżania dróg oddechowych.

Dobrze wiedzieć:
Jeśli podczas inhalacji występuje nieprzyjemne wrażenie nacisku, można je zredukować.
W tym celu należy odwrócić zatyczkę do nosa na lewą stronę i odciąć końcówkę przy krawędzi za pomocą nożyczek. Następnie należy ponownie odwrócić zatyczkę na prawą stronę.

Więcej informacji dla pacjentów oraz film instruktażowy na stronie:
www.pari.com/de-en

W skrócie

PARI SINUS
z nebulizatorem PARI LC SPRINT® SINUS
Nr artykułu: 028G1000

Pakiet roczny PARI LC SPRINT® SINUS
Nebulizator PARI LC SPRINT® SINUS, system wężyków i filtr PARI SINUS
Nr artykułu: 023G2860

Nebulizator PARI LC SPRINT®
(niebieska nasadka dyszy) z ustnikiem do inhalacji dolnych dróg oddechowych
Nr artykułu: 023G1006

Zestaw akcesoriów PARI LC SPRINT® SINUS
Do użytku wyłącznie z nebulizatorem PARI LC SPRINT® SINUS; ustnik kątowy 45°, końcówka do nosa, przystawka pulsacyjna i zatyczka do nosa
Nr artykułu: 023G2840

CE 0123

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3
82319 Starnberg
GERMANY
Tel: +49 (0) 81 51 279-0
Faks: +49 (0) 81 51 279-101

Firma PARI w Internecie:
E-mail: info@pari.de
www.pari.com/de-en

028D0085 05/2015

GÓRNE DROGI ODDECHOWE

Nowa jakość w leczeniu zapalenia zatok

PARI SINUS

Wskazówki dotyczące higieny i korzystania z urządzenia

Wskazówki dotyczące stosowania

1. Przed każdą inhalacją dokładnie umyć ręce.

2. Lekko naciskając nałożyć pomarańczową nasadkę dyszy na dolną część nebulizatora. Przykręcić górną część nebulizatora.

3. Podłączyć ustnik kątowy i końcówkę do nosa do lejka nebulizatora.

4. Napełnić nebulizator lekiem. Zamknąć pokrywę nebulizatora.

5. Włożyć wężyk doprowadzający wibracje do złącza, które wkłada się w górną część nebulizatora. Natępnie drugi koniec tego wężyka podłączyć do kompresora, do gniazda „Vibration".

6. Inhalacje nie powinny być prowadzone przy zatkanym nosie. W przypadku przeziębienia pomocny w udrożnieniu nosa może być Irygator PARI MONTESOL. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pari.com/de-en

7. Usiąść wygodnie i prosto. Zatkać jedno nozdrze za pomocą zatyczki do nosa. Natępnie włożyć końcówkę nebulizatora do drugiego nozdrza i włączyć kompresor.

8. Szczególnie ważne: Należy upewnić się, że podniebienie miękkie jest zamknięte. Jak to zrobić? Należy wymówić głoskę „K" i zatrzymać jamę ustną w tej pozycji z językiem dociśniętym do podniebienia. Można również otworzyć usta najszerzej jak to możliwe. Przy bardzo szerokim otwarciu ust podniebienie miękkie zaciska się automatycznie.

9. Terapię prowadzić przy zamkniętym podniebieniu miękkim przez około 10 sekund, a następnie zrobić krótką przerwę (kiedy podniebienie miękkie jest zamknięte, oddychanie jest niemożliwe). Przeprowadzać inhalacje powtarzając ten proces.

   Wskazówka: Kiedy podniebienie miękkie jest prawidłowo zamknięte, nozdrza powinny lekko drgać (można to sprawdzić, dotykając ich palcem).

10. Po upływie połowy czasu inhalacji (po 2–3 minutach) zmienić nozdrze i kontynuować wykonywanie czynności opisanych w punkcie 8.

11. Po zakończeniu inhalacji wyłączyć kompresor i odłączyć wężyki od nebulizatora. Ponownie włączyć urządzenie w celu wysuszenia wężyków.

Wskazówki dotyczące higieny

1. Odłączyć wężyki od nebulizatora.

2. Rozłożyć nebulizator na elementy składowe: końcówkę do nosa, ustnik kątowy, dolną i górną część nebulizatora, pomarańczową nasadkę dyszy i złącze pulsacyjne.

Skrócona instrukcja obsługi

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy przeczytać oryginalną instrukcję i stosować się do niej.

3. Ostrożnie wyczyścić wszystkie części pod ciepłą, bieżącą wodą z użyciem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

4. Dokładnie wypłukać wszystkie elementy składowe czystą wodą.

5. Nebulizator PARI SINUS można dezynfekować przy pomocy standardowego dezynfektora termicznego (dostępnego w handlu).

   Można również umieścić wszystkie części we wrzącej wodzie na co najmniej 5 minut. Upewnić się, że wszystkie części są całkowicie zanurzone w wodzie.

6. Pozostawić elementy składowe do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

7. Po całkowitym wyschnięciu części należy przechowywać w miejscu pozbawionym wilgoci i kurzu.

8. Filtr powietrza, nebulizator i wężyk przyłączeniowy należy wymieniać raz na rok. Te elementy składowe znajdują się w pakiecie rocznym PARI LC SPRINT SINUS, który można nabyć u dystrybutora PARI. Jeśli jakakolwiek część ulegnie zabrudzeniu, którego wyczyszczenie nie będzie możliwe, lub uszkodzeniu – należy ją wymienić.